

















**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
PRZYRZĄDY SUWMIARKOWE					
Suwmiarka		PP TENSLAB/SUW/4/18 ^A	(0÷300) mm	Na indywidualne zapytanie	✓
			(0÷650) mm		✓
			(0÷1000) mm		✓
			(0÷1500) mm		✓
Suwmiarka modułowa do kół zębatach		PP TENSLAB/SUW/4/18	wszystkie rodzaje		-
Głębokościomierz suwmiarkowy		PP TENSLAB/GŁ/3/18 ^A	(0÷250) mm	Na indywidualne zapytanie	✓
			(0÷300) mm		✓
			(0÷400) mm		✓
			(0÷600) mm		✓ (do 500 mm)
Wysokościomierz suwmiarkowy		PP TENSLAB/WYS.SUW/1/18 ^A	(0÷300) mm	Na indywidualne zapytanie	✓
			(0÷600) mm		✓
			(0÷1000) mm		-
Spoinomierz		PP TENSLAB/SP/2/2018 ^A	wszystkie rodzaje		✓






**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
PRZYRZĄDY CZUJNIKOWE					
Czujnik zegarowy zębaty dz. elementarna 0,01mm		PP TENSLAB/CZU/4/18 ^A	(0÷3) mm	Na indywidualne zapytanie	✓
			(0÷10) mm		✓
			(0÷50) mm		✓
Czujnik zegarowy zębaty dz. elementarna 0,001mm		PP TENSLAB/CZU/4/18 ^A	(0÷1) mm		✓
			(0÷5) mm		✓
Czujnik zegarowy elektroniczny		PP TENSLAB/CZU/4/18 ^A	(0÷12,5) mm		✓
			(0÷50) mm		✓
Czujnik dźwigniowo - zębaty (diatest)		PP TENSLAB/CZU/4/18	wszystkie rodzaje		-
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa		PP-06.01-18-1-2016- TENSLAB	wszystkie rodzaje		-
Średnicówka czujnikowa rozprężna		PP-06.01-18-1-2016- TENSLAB	wszystkie rodzaje	-	
Macki pomiarowe		PP-06.01-34-1-2017- TENSLAB	wszystkie rodzaje	-	







**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
PRZYRZĄDY MIKROMETRYCZNE					
Mikrometr zewnętrzny		PP TENSLAB/MIKR.ZEW/5/18 ^A	(0÷75) mm	Na indywidualne zapytanie	✓
			(75÷150) mm		✓
			(150÷300) mm		✓
			(300÷400) mm		✓
			(400÷500) mm		✓
			(500÷600) mm		✓
			(600÷700) mm		✓
			(700÷800) mm		✓
			(800÷900) mm		✓
			(900÷1000) mm		✓
Dodatkowe wymienne kowadełka		PP TENSLAB/MIKR.ZEW/5/18 ^A	wszystkie rodzaje		✓
Mikrometr czujnikowy/transametr		PP-06.01-46-1-2017- TENSLAB	(0÷75) mm		-
			(75÷150) mm		-
			(150÷300) mm		-
Mikrometr wewnętrzny		PP TENSLAB/PMwew/1/19	(0÷75) mm		-
			(75÷150) mm		-
			(150÷300) mm		-







**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Głowica mikrometryczna		PP-06.01-14-1-2016-TENSLAB	(0÷300) mm analogowa	Na indywidualne zapytanie	-
			(0÷100) mm elektroniczna		-
Głębokościomierz mikrometryczny		PP TENSLAB/Gł/3/18 ^A	(0÷100) mm		✓
			(0÷100) mm z 4 wymiennymi końcówkami		✓
			(0÷150) mm z 6 wymiennymi końcówkami		✓
			(0÷200) mm z 8 wymiennymi końcówkami		✓
Średnicówka trójpunktowa		PP TENSLAB/PMwew/1/19 ^A	(4÷100) mm		✓
			(100÷200) mm		✓
Średnicówka mikrometryczna		PP TENSLAB/SM/1/18 ^A	wszystkie zakresy	✓	
Przedłużacz do średnicówki mikrometrycznej dwupunktowej		PP TENSLAB/SM/1/18 ^A	(5÷1000) mm	✓ (do 375mm)	


**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
WZORCE DŁUGOŚCI I SPRAWDZIANY					
Wzorzec nastawczy do mikrometrów		PP TENSLAB/WZ.ZEW/2/18 ^A	(25÷100) mm	Na indywidualne zapytanie	✓
			(100÷300) mm		✓
		PP-06.01-41-1-2017-TENSLAB	(300÷500) mm		-
			(500÷975) mm		-
Wzorzec nastawczy wymiaru wewnętrznego		PP TENSLAB/WZ.WEW/2/20 ^A	(8÷175) mm		✓
Sprawdzian szczękowy do wałków		PP TENSLAB/WZ.WEW/2/20 ^A	(8÷175) mm		✓
Wzorzec schodkowy (do grubościomierzy UT)		PP TENSLAB/WZ.GR/1/20	wszystkie rodzaje		-
Pierścień wzorcowy (gładki)		PP-TENSLAB/PWz/3/20 ^A	∅(2÷16)mm		✓
			∅(16÷100)mm	✓	
			∅(100÷125)mm	✓	
			∅(125÷175)mm	✓	
Sprawdzian tłoczkowy (gładki) jednostronny		PP TENSLAB/SO/2/20 ^A	(1÷200) mm	✓	
			(200÷300) mm	-	
PP TENSLAB/SO/2/20 ^A		(1÷200) mm	✓		
		(200÷300) mm	-		







**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Wałeczek pomiarowy		PP TENSLAB/WP/2/18 ^A	(0÷30) mm	Na indywidualne zapytanie	✓
Sprawdzian gwintowy trzpieniowy jednograniczny		PP TENSLAB/SGT/3/20 ^A	(0÷200) mm		✓
Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny		PP TENSLAB/SGT/3/20 ^A	(0÷200) mm		✓
Sprawdzian gwintowy trzpieniowy stożkowy (jedna strona)		PP TENSLAB/SGS/1/20 ^A	(3÷100) mm		✓
Sprawdzian gwintowy pierścieniowy		PP TENSLAB/SGP/3/20 ^A	(2,5÷100) mm		✓
Sprawdzian gwintowy pierścieniowy stożkowy		PP TENSLAB/SGS/1/20 ^A	(3÷100) mm		✓
Sprawdzian wymiaru o przekroju kwadratowym jednostronny	-	PP TENSLAB/SKw/1/18	(1÷150) mm		-
Sprawdzian wymiaru o przekroju kwadratowym dwustronny	-		(1÷150) mm		-

**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Sprawdzian do rowków wpustowych jednostronny		PP TENSLAB/SRW/1/18	(2÷100) mm	Na indywidualne zapytanie	-
Sprawdzian do rowków wpustowych dwustronny		PP TENSLAB/SRW/1/18	(2÷100) mm		-
Płytki wzorcowa		Norma PN-EN ISO 3650:2000 ^A	do 100mm		✓
Blok kalibracyjny		PP-06.01-32-1-2016-TENSLAB	-		-
Szczelinomierz listkowy		PP-06.01-24-1-2016-TENSLAB	wszystkie rodzaje		-
Szczelinomierz klinowy		PP-06.01-24-1-2016-TENSLAB	wszystkie rodzaje		-
Szczelina wzorcowa	-	PP TENSLAB/SZ.WZOR/1/18	wszystkie rodzaje		-

**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Folia wzorcowa		PP TENSLAB/WZ.GR/1/20 ^A	(0÷25) mm	Na indywidualne zapytanie	✓
Spoinomierz listkowy		PP TENSLAB/LWD/1/2019	wszystkie rodzaje		-
Wzorzec łuku		PP TENSLAB/LWD/1/2019	wzorce łuków wewnętrznych i zewnętrznych		-
Grzebieniowy sprawdzian gwintu		PP TENSLAB/LWD/1/2019	Sprawdziany gwintów metrycznych i calowych		-
PRZYRZĄDY DO POMIARU PŁASKOŚCI I PROSTOLINOWOŚCI					
Płytki płasko-równoległa (interferencyjna)		PP TENSLAB/PPI/1/18	do 100mm	Na indywidualne zapytanie	-
Liniał krawędziowy		PP TENSLAB/LK/1/18	do 400mm		-
			do 800mm		-
			do 1000mm	-	







**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe		Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
PŁYTY POMIAROWE					
Płyty pomiarowe granitowe		PP TENSLAB/PPG/1/20	dłuższa krawędź do 250mm	Na indywidualne zapytanie	-
			dłuższa krawędź do 400mm		-
			dłuższa krawędź do 630mm		-
			dłuższa krawędź do 800mm		-
			dłuższa krawędź do 1000mm		-
			dłuższa krawędź do 1200mm		-
			dłuższa krawędź do 1500mm		-
			dłuższa krawędź do 1600mm		-
			dłuższa krawędź do 2000mm		-
PRZYMIARY I DALMIERZE					
Przymiar wstęgowy		PP TENSLAB/PRZ/2/20 ^A	(0÷5) m	Na indywidualne zapytanie	✓
			(0÷10) m		✓
			(0÷20) m		✓
			(0÷30) m		✓
			(0÷50) m		-
Przymiar pólsztywny		PP TENSLAB/PRZ/2/20 ^A	(0÷0,5) m	Na indywidualne zapytanie	✓
			(0÷1,5) m		✓
			(0÷3) m		✓
Przymiar sztywny		PP TENSLAB/PRZ/2/20 ^A	(0÷0,5) m	Na indywidualne zapytanie	✓
			(0÷1) m		✓
			(0÷2) m		✓
Dalmierz		PP-06.01-38-1-2017-TENSLAB	wzorcowanie do 30m		-







**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
PRZYRZĄDY DO POMIARU POZIOMU I KĄTA					
Poziomica liniarowa		PP-06.02-23-2-2017-TENSLAB	wszystkie rodzaje	Na indywidualne zapytanie	-
Poziomica ramowa		PP-06.02-23-2-2017-TENSLAB	wszystkie rodzaje		-
Poziomica budowlana ampułkowa		PP-06.02-23-2-2017-TENSLAB	wszystkie rodzaje		-
Poziomica elektroniczna		PP-06.02-23-2-2017-TENSLAB	wszystkie rodzaje		-
Kątownica		PP TENSLAB/KĄT/1/18 ^A	wszystkie rodzaje		✓
Kątomierz		PP TENSLAB/KĄT/1/18 ^A	4x90°		✓
			(0÷180)°		
Kątownik powierzchniowy		PP TENSLAB/KK/1/18 ^A	dłuższe ramię do 150mm		✓
			dłuższe ramię do 200mm	✓	
			dłuższe ramię do 400mm	✓	
			dłuższe ramię do 600mm	-	
			dłuższe ramię do 900mm	-	

**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Kątownik walcowy		PP TENSLAB/KĄT.WALC/1/19	wysokość do 500mm	Na indywidualne zapytanie	-
PRZYRZĄDY POMIAROWE DO POWIERZCHNI ORAZ POWŁOK MALARSKICH					
Miernik grubości powłok lakierniczych		PP-06.01-16-4-2017-TENSLAB	wszystkie rodzaje	Na indywidualne zapytanie	-
Grzebień do pomiaru grubości powłok lakierniczych mokrych		PP TENSLAB/LWD/1/2019	wszystkie rodzaje		-
Grzebień do pomiaru grubości powłok lakierniczych suchych		PP TENSLAB/LWD/1/2019	wszystkie rodzaje		-
Chropowatościomierz		PP TENSLAB/MCH/2/20 ^A	Parametry: Ra, Rz dla dwóch filtrów		✓
Miernik profilu powierzchni		PP TENSLAB/GŁ/3/18	wszystkie rodzaje		-

**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Miernik przyczepności powłok (pull off adhesion test)		PP-12.01-36-1-2017-TENSLAB	wszystkie rodzaje	Na indywidualne zapytanie	-
Nóż do siatki nacięć (pomiar adhezji powłok malarskich)		PP TENSLAB/NDSN/1/2019	wszystkie rodzaje		-
Konduktometr		PP-03.02-47-1-2017-TENSLAB	wszystkie rodzaje		-
Tester szczelności powłok		PP-07.02-35-1-2017-TENSLAB	niskonapięciowy do 1000V		-
PRZYRZĄDY DO POMIARU TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI					
Termometr elektryczny		PP TENSLAB/TE/2/20 ^A	(-30÷125)°C wzorcowanie w termostacie cieczowym	Na indywidualne zapytanie	√(-25÷100)°C
			(50÷660)°C wzorcowanie w piecyku suchym		√(50÷300)°C
		PP TENSLAB/TH/2/19 ^A	(-40÷150)°C wzorcowanie w komorze klimatycznej		√(10÷35)°C
Termometr z sondą stykową		PP TENSLAB/TE/1/18	(50÷660)°C		-





**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Dodatkowa sonda termometru		TENSLAB/TE/2/20 ^A	jak dla termometrów elektrycznych	Na indywidualne zapytanie	✓
Termo-higrometr (pomiar warunków)		PP TENSLAB/TH/2/19 ^A	Standardowe wzorcowanie: (28; 50; 78)%RH przy 23°C		✓
			Niestandardowe wzorcowanie: Pierwszy punkt: 60% RH przy temperaturze 10°C		✓
			Niestandardowe wzorcowanie: Kolejny punkt: (25- 78)%RH przy temperaturze 23°C		✓
Psychrometr aspiracyjny		PP TENSLAB/PS/1/19	(50÷150)°C (20÷90)%	-	

**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Pirometr (termometr bezkontaktowy)		PP TENSLAB/TE/2/20 ^A	(-15÷500)°C	Na indywidualne zapytanie	✓ (0÷500)°C
PRZYRZĄDY DO POMIARU CIŚNIENIA					
Ciśnieniomierz sprężynowy (analogowy)		Norma PN-EN 837-1 ^A	(-1÷700)bar klasa ≥1%	Na indywidualne zapytanie	✓
			(-1÷700)bar klasa <1%		✓
			(-1÷2500)bar klasa ≥1%		✓
			(-1÷2500)bar klasa <1%		✓
			(-1÷2500)bar klasa od 0,1%		✓

**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Ciśnieniomierz elektroniczny (kalibrator + przetworniki)			(-1÷1000)bar klasa od 0,1%		✓
NARZĘDZIA DYNAMOMETRYCZNE					
Klucz dynamometryczny		Norma PN-EN ISO 6789:2017 ^A	(0,4÷40)Nm	Na indywidualne zapytanie	✓
			do 400 Nm		
			do 1000 Nm		
			do 2000 Nm		
			do 3000 Nm		
Wkrętak dynamometryczny		Norma PN-EN ISO 6789:2017 ^A	(0,01÷40)Nm		✓
Wkrętak elektryczny		PP TENSLAB EiPKD/1/19	(0,01÷25)Nm		-





**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania bez akredytacji PCA [PLN]	Cena netto wzorcowania z akredytacją PCA [PLN]
Wkrętak pneumatyczny		PP TENSLAB EiPKD/1/19	(0,01÷25)Nm	Na indywidualne zapytanie	-
Stanowisko kontrolne do sprawdzania kluczy dynamometrycznych		PP TENSLAB/MiP/1/19	(10,0÷500)Nm		-
			do 1000 Nm		-
PRZYRZĄDY POMIAROWE DO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH					
Analogowy przyrząd tablicowy (Jedna funkcja)		PP-07.01_02_03-15-1-2016-TENSLAB	Prąd AC/DC (0÷22)A Napięcie AC/DC (0÷1000)V Rezystancja (0÷100)GΩ Częstotliwość	Na indywidualne zapytanie	-
Multimetr cyfrowy		PP-07.01_02_03-15-1-2016-TENSLAB	Prąd AC/DC (0÷22)A Napięcie AC/DC (0÷1000)V Rezystancja (0÷100)GΩ Temperatura Częstotliwość		-
			Jedna wybrana funkcja		-
Miernik cęgowy		PP-07.01_02_03-15-1-2016-TENSLAB	Prąd AC/DC (0÷1000)A Napięcie AC/DC (0÷1000)V Rezystancja (0÷100)GΩ		-
			Prąd AC/DC (0÷1000)A Napięcie AC/DC (0÷1000)V	-	
			Prąd AC/DC (0÷1000)A Jedna wybrana funkcja	-	



**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Kalibratory wielofunkcyjne (MEASURE & SOURCE)		PP-07.01_02_03-45-1-2017-TENSLAB	Prąd AC/DC (0÷22)A Napięcie AC/DC (0÷1000)V Rezystancja (0÷100)GΩ Temperatura Częstotliwość	Na indywidualne zapytanie	-
			Jedna wybrana funkcja		-
Miernik rezystancji izolacji		PP-07.03-22-1-2016-TENSLAB	Rezystancja izolacji w zakresie do 2000V napięcia		-
			Jedna wybrana funkcja		-
Indukcyjny miernik rezystancji izolacji		PP-07.03-22-1-2016-TENSLAB	Jednozakresowy (do 2000V napięcia pomiarowego)		-
			Dwuzakresowy (do 2000V napięcia pomiarowego)		-
Miernik zadziałania wyłączników różnicowoprądowych (RCD)		PP-7.02_04-25-1-2016-TENSLAB	Pomiar czasu zadziałania Pomiar prądu zadziałania Pomiar napięcia (do 1000V)		-
			Jedna wybrana funkcja		-

**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Miernik pętli zwarcia		PP-7.02_04-25-1-2016-TENSLAB	Pomiar impedancji pętli zwarcia Pomiar prądu zwarciovego Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych Pomiar napięcia (do 1000V)	Na indywidualne zapytanie	-
			Jedna wybrana funkcja		-
Wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych		PP-7.02_04-25-1-2016-TENSLAB	Wszystkie z wyżej wymienionych funkcji		-
			Jedna wybrana funkcja		-
PRZYRZĄDY DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH					
Defektoskop ultradźwiękowy		Norma PN-EN-12668-1:2010 ^A	-	Na indywidualne zapytanie	✓
Grubościomierz ultradźwiękowy		PN-EN 15317:2014-02 ^A	Parametry urządzenia		✓
		PP TENSLAB/UMG/2/19 ^A	Wzorcowanie na wzorcu schodkowym		✓

**OFERTA WZORCOWAŃ w
TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Laboratorium Wzorcujące**

Nazwa przyrządu	Zdjęcie poglądowe	Procedura pomiarowa	Zakres pomiarowy	Cena netto wzorcowania [PLN]	Możliwość wykonania wzorcowania z akredytacją PCA
Defektoskop jarzmowy (magnes jarzmowy)		Norma PN-EN ISO 9934-3:2015	Natężenie pola magnetycznego Parametry elektryczne Sprawdzenie siły odrywającej magnes	Na indywidualne zapytanie	-
PRZYRZĄDY DO POMIARU SIŁY					
Elektroniczne Wagi hakowe		PP TENSLAB/WHE/1/20	(2,5÷5)kN	Na indywidualne zapytanie	-
			do 250 kN		-
Nazwa usługi				Cena netto wzorcowania [PLN]	
Wystawienie dodatkowego świadectwa wzorcowania					
Adiustacja przyrządów mikrometrycznych					
Adiustacja poziomic liniowych i ramowych					
Adiustacja kluczy dynamometrycznych					
Naprawa kluczy dynamometrycznych (bez wymiany części)					
<p>A - metody akredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 w zadeklarowanym zakresie akredytacji. Laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA, Nr AP 180. Zakres akredytacji wyd. 9 A220 data wydania 5 stycznia 2022 r. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie www.pca.gov.pl</p> <p>Zgodnie z wymaganiami załącznika A punkt A3 dokumentu PCA DA-02 wyd. 13 z 19.04.2019 r. TENSLAB Laboratorium Wzorcujące deklaruje, że będzie umieszczać na jednym świadectwie wzorcowania/pomiaru opatrzonym symbolem akredytacji lub powołaniem tekstowym, tylko wyniki własnych wzorcowania akredytowanych, które spełniają wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wyniki własnych wzorcowania, które nie spełniają wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 będą umieszczane na oddzielnym świadectwie wzorcowania bez symbolu akredytacji lub powołania tekstowego.</p>					